

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT

B0826

15

QCP Data Months : **August, September, October**
Mois de Contrôle : **Août, Septembre, Octobre**



2026-11-05

Instruments : ERMA (1)		CONTROL		CONTROL		CONTROL	
		L		N		H	
Instrument	Parameter / Paramètre	LOT		LOT		LOT	
		B0826L		B0826N		B0826H	
		Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites
ERMA Instruments PCE 210 PCE 170 PCE 140	WBC/GB	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	2,1 ± 0,4	7,2 ± 1,0	21,4 ± 2,5		
	RBC/GR	10 ⁶ /μL & 10 ¹² /L	2,25 ± 0,20	4,70 ± 0,30	5,50 ± 0,40		
	Hgb	g/dL	5,8 ± 0,4	12,7 ± 0,7	16,5 ± 0,9		
		g/L	58 ± 4	127 ± 7	165 ± 9		
		mmol/L	3,6 ± 0,2	7,9 ± 0,4	10,2 ± 0,6		
	Hct	%	18,0 ± 1,8	40,9 ± 3,6	54,6 ± 4,8		
		L/L	0,180 ± 0,018	0,409 ± 0,036	0,546 ± 0,048		
	MCV/VGM	fL	80,0 ± 5,0	87,0 ± 5,0	99,3 ± 5,0		
	MCH/TCMH	pg	25,8 ± 2,5	27,0 ± 3,0	30,0 ± 3,2		
		fmol	1,6 ± 0,16	1,68 ± 0,19	1,85 ± 0,20		
	MCHC/CCMH	g/dL	32,2 ± 4,0	31,1 ± 4,0	30,2 ± 4,0		
		g/L	322 ± 40	311 ± 40	302 ± 40		
		mmol/L	20,0 ± 2,5	19,3 ± 2,5	18,7 ± 2,5		
	RDW/IDR	%	21,5 ± 5,0	17,5 ± 4,5	16,5 ± 4,5		
	Plt	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	85 ± 25	250 ± 75	435 ± 90		
	MPV/VPM	fL	7,8 ± 3,0	6,9 ± 3,0	7,8 ± 3,0		
	PDW/IDP	%	16,5 ± 3,0	15,0 ± 3,0	14,5 ± 3,0		
	LYM%	%	44,0 ± 14,0	30,5 ± 10,0	27,5 ± 8,0		
	MONO%	%	8,0 ± 8,0	6,0 ± 6,0	4,0 ± 4,0		
	GRA%	%	48,0 ± 14,0	63,5 ± 12,0	68,5 ± 12,0		
	LYM#	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,9 ± 0,3	2,2 ± 0,7	5,9 ± 1,7		
	MONO#	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,2 ± 0,2	0,4 ± 0,4	0,9 ± 0,9		
	GRA#	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	1,0 ± 0,3	4,6 ± 0,9	14,7 ± 2,6		

(1) Assay values provided by Bio-technne®, France.

Valeurs fournies par Bio-technne®, France.

EC **REP**



Bio-technne® - 19 Rue Louis Delourmel
35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE

R&D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413



AV03D00-V34 04/2026