

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT

B0826

20

QCP Data Months : **August, September, October**
Mois de Contrôle : **Août, Septembre, Octobre**



2026-11-05

Instruments : SYSMEX QC MODE (1)																		
Instrument	Parameter / Paramètre		CONTROL		L	CONTROL		N	CONTROL		H							
			LOT		B0826L		LOT		B0826N		LOT		B0826H					
			Mean		Limit		Mean		Limit		Mean		Limit					
			Cibles	Limites	Cibles	Limites	Cibles	Limites	Cibles	Limites								
SYSMEX SYSMEX XP-100 SYSMEX XP-300	WBC/GB	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	1,8	± 0,4		6,7	± 1,0		17,9	± 2,0								
	LYM% *	%	56,0	± 44,0		27,5	± 27,5		13,0	± 13,0								
	MXD% *	%	2,0	± 2,0		2,0	± 2,0		2,0	± 2,0								
	NEUT% *	%	42,0	± 42,0		70,5	± 29,5		85,0	± 15,0								
	LYM# *	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	1,0	± 0,8		1,8	± 1,8		2,3	± 2,3								
	MXD# *	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,1	± 0,1		0,1	± 0,1		0,4	± 0,4								
	NEUT# *	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,8	± 0,8		4,7	± 3,0		15,2	± 4,7								
	RBC/GR	10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	2,25	± 0,16		4,60	± 0,20		5,60	± 0,25								
	Hgb	g/dL	6,0	± 0,4		12,9	± 0,5		17,3	± 0,7								
		g/L	60	± 4		129	± 5		173	± 7								
		mmol/L	3,73	± 0,25		8,01	± 0,31		10,74	± 0,43								
	Hct	%	16,5	± 2,5		36,4	± 2,7		48,2	± 3,0								
		L/L	0,165	± 0,025		0,364	± 0,027		0,482	± 0,030								
	MCV/VGM	fL	73,3	± 6,0		79,1	± 6,0		86,1	± 6,0								
	MCH/TCMH	pg	26,7	± 2,5		28,0	± 3,0		30,9	± 3,2								
		fmol	1,66	± 0,16		1,74	± 0,19		1,92	± 0,20								
	MCHC/CCMH	g/dL	36,4	± 4,0		35,4	± 4,0		35,9	± 4,0								
		g/L	364	± 40		354	± 40		359	± 40								
		mmol/L	22,6	± 2,5		22,0	± 2,5		22,3	± 2,5								
	RDW-CV/IDR-CV	%	14,0	± 5,0		11,0	± 5,0		10,5	± 5,0								
	RDW-SD/IDR-SD	fL	36,5	± 11,0		37,0	± 12,0		35,5	± 13,0								
	Plt	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	60	± 20		255	± 40		570	± 60								
	MPV/VPM	fL	8,2	± 3,5		8,0	± 3,5		8,2	± 3,5								
	PDW/IDP	fL	10,0	± 9,5		9,5	± 9,5		9,5	± 9,5								
	P-LCR/RGC	%	15,0	± 13,0		14,0	± 13,0		14,0	± 13,0								
	Pct	%	0,05	± 0,04		0,20	± 0,15		0,47	± 0,25								

(1) Assay values provided by Bio-technne®, France.

Valeurs fournies par Bio-technne®, France.

* LYM%, MXD% and NEUT% parameters may vote out. Values indicated are for information only.

* Les paramètres LYM%, MXD% et NEUT% peuvent être rejetés. Les valeurs indiquées sont données à titre informatif.



Bio-technne® - 19 Rue Louis Delourmel
35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE

R&D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413



AV03D00-V34 04/2026