

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT

B0826

14

QCP Data Months : **August, September, October**
Mois de Contrôle : **Août, Septembre, Octobre**



2026-11-05

Instruments : SYSMEX (1)												
Instrument	Parameter / Paramètre		CONTROL		L	CONTROL		N	CONTROL		H	
			LOT		B0826L	LOT		B0826N	LOT		B0826H	
			Mean	Limit	Mean	Limit	Mean	Limit				
			Cibles	Limites	Cibles	Limites	Cibles	Limites				
SYSMEX SYSMEX KX-21	WBC/GB	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	1,80	± 0,40			6,80	± 1,00			18,30	± 2,00
	LYM% *	%	34,0	± 34,0			29,5	± 29,5			13,0	± 13,0
	MXD% *	%	7,5	± 7,5			3,0	± 3,0			5,0	± 5,0
	NEUT% *	%	58,5	± 41,5			67,5	± 32,5			82,0	± 18,0
	LYM# *	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,6	± 0,6			2,0	± 2,0			2,4	± 2,4
	MXD# *	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,1	± 0,1			0,2	± 0,2			0,9	± 0,9
	NEUT# *	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	1,1	± 1,1			4,6	± 3,2			15,0	± 5,3
	RBC/GR	10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	2,30	± 0,16			4,60	± 0,20			5,55	± 0,25
	Hgb	g/dL	6,0	± 0,4			13,5	± 0,5			18,0	± 0,7
		g/L	60	± 4			135	± 5			180	± 7
		mmol/L	3,73	± 0,25			8,38	± 0,31			11,18	± 0,43
	Hct	%	17,5	± 2,5			38,0	± 2,7			49,8	± 3,0
		L/L	0,175	± 0,025			0,380	± 0,027			0,498	± 0,030
	MCV/VGM	fL	76,1	± 6,0			82,6	± 6,0			89,7	± 6,0
	MCH/TCMH	pg	26,1	± 2,5			29,3	± 3,0			32,4	± 3,2
		fmol	1,62	± 0,16			1,82	± 0,19			2,01	± 0,20
	MCHC/CCMH	g/dL	34,3	± 4,0			35,5	± 4,0			36,1	± 4,0
		g/L	343	± 40			355	± 40			361	± 40
		mmol/L	21,3	± 2,5			22,1	± 2,5			22,4	± 2,5
	RDW-CV/IDR-CV	%	18,5	± 5,0			14,0	± 5,0			11,5	± 5,0
	RDW-SD/IDR-SD	fL	44,5	± 11,0			40,0	± 12,0			49,5	± 13,0
	Plt	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	60	± 20			250	± 40			535	± 60
	MPV/VPM	fL	8,1	± 3,5			8,1	± 3,5			8,4	± 3,5
	PDW/IDP	fL	13,5	± 10,0			12,5	± 10,0			12,5	± 10,0
	P-LCR/RGC	%	23,5	± 15,0			24,0	± 15,0			23,0	± 15,0
	Pct	%	0,05	± 0,04			0,20	± 0,15			0,45	± 0,25

(1) Assay values provided by Bio-technne®, France.

Valeurs fournies par Bio-technne®, France.

* LYM%, MXD% and NEUT% parameters may vote out. Values indicated are for information only.

* Les paramètres LYM%, MXD% et NEUT% peuvent être rejetés. Les valeurs indiquées sont données à titre informatif.



Bio-technne® - 19 Rue Louis Delourmel
35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE

R&D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413



AV03D00-V34 04/2026